



БНТИ-05-04 термостат жидкостный для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов



Жидкостная баня БНТИ-05-04 предназначена для поддержания заданной температуры при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116, ГОСТ 20287, EN 23015, ГОСТ 18995.5.

БНТИ-05-04 имеет 4 рабочие ванны, каждая снабжена независимым регулятором температуры, благодаря которому возможно проводить анализы при различных температурах одновременно.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	-70...+5 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.5 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме бани	±1.0 °С
Объем одной ванны	4 л
Рекомендуемый теплоноситель	спирт этиловый
Габаритные размеры бани	695×930×770 мм
Открытая часть ванн	Ø185 мм
Глубина ванны	150 мм
Масса бани без теплоносителя	130 кг
Потребляемая мощность	4.2 кВт