



ПС2 пробирки лабораторные серологические



Разработаны проведения для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлены из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.

Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 и ГОСТ 23932-90.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Высота	Наружный диаметр	Упаковка
10002507	ПС2-12x120 мм	120±5,0 мм	12±1 мм	250 шт.
10002506	ПС2-10x120 мм		10±1 мм	400 шт.